

Số: 1657/BVYD-VTTTB

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên người nhận báo giá: Trần Xuân Phú.

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0355.999.995

Email: trxphu@bv.huemed-univ.edu.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, 51, Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT)	Phụ lục Thông số kỹ thuật đính kèm	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo

quản thiết bị cho đến khi hoàn thành việc hướng dẫn vận hành, chạy thử tại Phòng khám Mắt, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà thầu thành 2 đợt :

Đợt 1: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:

- Thư đề nghị thanh toán.
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, có giá trị bằng 3% giá trị hợp đồng.
- Bảo lãnh tiền tạm ứng có giá trị bằng 100% giá trị tiền tạm ứng.

Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại sau khi nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:

- Thư đề nghị thanh toán.
- CO/CQ, chứng thư Vinacontrol bản gốc hoặc bản sao công chứng nhà nước cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Việt và Catalogues.

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng được hai bên ký.
- Hóa đơn GTGT của bên bán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.
- Thư bảo lãnh bảo hành có giá trị 5% giá trị hợp đồng.
- Biên bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký.


Đề nghị Quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng



PHỤ LỤC. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(kèm theo Công văn số: 1657/BVYD-VTTTB ngày 31 tháng 8 năm 2023)

STT	Tên thiết bị	SL	ĐVT
01	<p>Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT)</p> <p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương- Chất lượng máy: Hàng mới 100%- Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau.- Nguồn điện: 220-230VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Hz <p>2. Cấu hình yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thân máy chính với màn hình màu LCD và có kết nối máy tính và màn hình ngoài để quan sát- Bàn phím, chuột máy tính- Máy in màu phù hợp với máy chính- Dây điện nguồn- Đèn tiêu gấn ngoài- Giấy lót cầm- Núit chặn giấy lót cầm- Bao phủ bụi- Phần mềm chuyên dụng chính hãng, bao gồm các phần mềm phân tích võng mạc, Glaucoma và bán phần trước- Chân bàn đặt máy phù hợp với máy chính- Phần mềm chụp mạch huỳnh quang (Angiography) <p>3. Yêu cầu kỹ thuật:</p> <p>3.1. Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kỹ thuật quét: Quét vùng quang phổ OCT- Độ phân giải kỹ thuật số theo chiều sâu của lát cắt: $\geq 4 \mu\text{m}$- Độ phân giải kỹ thuật số theo chiều ngang, dọc của lát cắt: $\geq 3 \mu\text{m}$- Dãi quét: Theo chiều ngang từ 3 đến 12 mm, theo chiều dọc từ 3 đến 9mm và theo chiều sâu $\geq 2,1\text{mm}$.- Tốc độ quét: ≥ 53.000 mẫu quét A (A scan)/1 giây- Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng $\geq 880\text{nm}$- Chụp đường kính đồng tử nhỏ nhất trong khoảng $\leq \Phi 2,5\text{mm}$- Điều chỉnh tiêu cự trong khoảng từ -15 đến +10D- Khoảng cách làm việc trong khoảng $\geq 35\text{mm}$ <p>3.2. Đặc tính kỹ thuật ảnh chụp đáy mắt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sử dụng phương pháp laser quét đáy mắt đồng tiêu	01	Máy

	<p>(nguồn sáng SLO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góc quét trong khoảng $40^{\circ} \times 30^{\circ}$. <p>3.2. Chế độ quét:</p> <p>a. Quét hoàng điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quét theo chiều ngang hoặc dọc (có thể thay đổi góc quét 1°) - Quét theo dạng chữ thập - Quét theo dạng bản đồ (quét hoặc không quét chữ thập) - Quét nhiều dòng (5 dòng trục X và 5 dòng trục Y) - Quét dạng kính tuyến (6 dòng / 12 dòng) <p>b. Quét gai thị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quét vòng gai thị - Quét bản đồ gai thị - Quét gai thị theo kiểu kính tuyến (6 dòng / 12 dòng) <p>c. Quét giác mạc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quét theo chiều ngang hoặc dọc - Quét dạng chữ thập - Quét theo kiểu kính tuyến (6 dòng/12 dòng) - Quét dòng góc tiền phòng <p>3.3. Phần mềm phân tích chụp cấp lớp võng mạc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích 6 lớp + 1 lớp võng mạc - Bản đồ độ dày hoàng điểm - Bản đồ độ dày lớp sợi thần kinh võng mạc - Phân tích lớp sợi thần kinh + lớp tế bào hạch + lớp đám rối trong - Phân tích đĩa thị - Phân tích theo dõi <p>3.4. Chức năng các phần mềm phân tích:</p> <p>a. Phân tích võng mạc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thoái hóa hoàng điểm tuổi già Bong dịch kính bán phần sau - Bệnh lý màng mạch võng mạc tâm huyết thanh - Quét hoàng điểm ngang dọc và hoàng điểm kính tuyến - So sánh hoàng điểm <p>b. Phân tích Glaucoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng đồ hoàng điểm - So sánh Glaucoma - Góc tiền phòng - Bản đồ gai thị - Phân tích tiến triển Glaucoma <p>c. Phân tích bán phần trước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đo độ dày giác mạc - Bản đồ độ dày giác mạc - Đo góc <p>d. Phân tích giả lập chụp mạch huỳnh quang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là phương pháp không xâm lấn, không cần tiêm thuốc nhuộm màu tương phản để thăm khám từng lớp vi 		
--	---	--	--

	<p>mạch bên trong võng mạc và màng mạch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể phân tích đám rối mao mạch quanh gai thị xuyên tâm, đám rối mao mạch bề mặt, đám rối mao mạch bên trong và đám rối mao mạch sâu bên trong. - Có thể hiển thị ảnh mao mạch bề mặt, mao mạch sâu bên trong, bên ngoài võng mạc và màng mạch để đánh giá lâm sàng. <p>4. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng - Bảo hành cho các phụ kiện đi kèm ≥ 12 tháng - Bảo trì, bảo dưỡng ≤ 6 tháng/lần; 1 năm ít nhất 2 lần; - Cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế trong vòng 10 năm; - Thời gian hướng dẫn đào tạo và đưa thiết bị vào hoạt động ≤ 2 ngày - Đào tạo và chuyển giao công nghệ do Kỹ sư được đào tạo chính hãng phụ trách. 		
--	--	--	--

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ) ⁽¹¹⁾
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng .. năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ...[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giá: thẻ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng.... năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp ⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí

của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

