

Số: 1665/BVYD-VTTTB

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy C-arm hỗ trợ phẫu thuật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên người nhận báo giá: Trần Xuân Phú.

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0355.999.995

Email: trxphu@bv.huemed-univ.edu.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, 51, Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy C-arm hỗ trợ phẫu thuật	Phụ lục Thông số kỹ thuật đính kèm	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo

quản thiết bị cho đến khi hoàn thành việc hướng dẫn vận hành, chạy thử tại Phòng khám Mắt, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà thầu thành 2 đợt :

Đợt 1: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:

- Thư đề nghị thanh toán.
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, có giá trị bằng 3% giá trị hợp đồng.
- Bảo lãnh tiền tạm ứng có giá trị bằng 100% giá trị tiền tạm ứng.

Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại sau khi nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:

- Thư đề nghị thanh toán.
- CO/CQ, chứng thư Vinacontrol bản gốc hoặc bản sao công chứng nhà nước cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Việt và Catalogues.

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng được hai bên ký.
- Hóa đơn GTGT của bên bán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.
- Thư bảo lãnh bảo hành có giá trị 5% giá trị hợp đồng.
- Biên bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký.

Đề nghị Quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.


Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào././

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.


GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng



PHỤ LỤC. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(kèm theo Công văn số: 1665 /BVYD-VTTTB ngày 05 tháng 9 năm 2023)

STT	Tên thiết bị	SL	ĐVT
01	<p>MÁY C-ARM Cấu hình tiêu chuẩn : - Bóng X quang: 01 bộ - Máy Phát: 01 bộ - Bâu tăng sáng: 01 bộ - CCD Camera: 01 bộ - C - Arm: 01 bộ - Định vị Lazer: 01 bộ - Bộ chuẩn trực: 01 bộ - Trạm làm việc: 01 bộ - Khay đựng cassette: 01 bộ - Bàn đạp 3 chức năng: 01 cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: 01 bộ.</p> <p>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 1. Bóng X quang Chủng loại: Anode xoay Mức kV tối đa: 125 kV Mức kV tối thiểu: 40 kV Kích thước tiêu điểm: 0.6mm/0.3mm Khả năng chịu nhiệt của bia anode (HU): 1600kIU (1135 KJ) Góc nghiêng của bia anode: 10° Phương pháp làm mát: Làm mát tự nhiên 15kHU/min Tốc độ quay anode:at 50Hz, Minimum 2700 min-1 Công suất tản nhiệt anode: 870 W (1226 HU/s) Bộ lọc thường xuyên: Tối thiểu 0.7 mmAl @ 75 kV</p> <p>2. Máy phát: Cao tần Công suất phát:12 kW Điện áp đầu vào: 220 - 240 VAC, 1 pha, 50/60Hz Tần số chỉnh lưu: 40 KHz Chế độ chiếu: Liên tục (Chế độ bình thường): 40 - 120 kV (bước tăng 1 kV), 0.2 - 10mA (bước tăng 0.1 mA) Chế độ chụp: Dải kV: 40 – 120 kV (bước tăng 1 kVp) Dải mA: Fixed 20mA, 100mA, 150mA</p>	01	Máy

<p>Dải mAs: 0.08 - 500mAs 14 bước (Tùy theo giá trị của mAs) Độ chính xác $\pm 20\%$"</p> <p>Thời gian phát tia: 0.004 ~5.0 giây</p> <p>ABC (Điều chỉnh độ sáng tự động): Dải kV: 40~120kV Bước kV: 1kV Độ chính xác kV: $\pm 5\%$ Dải mA: 0.5~5 mA Bước mA: 0.1 mA Độ chính xác mA: $\pm 10\%$</p> <p>3. BẦU TĂNG SÁNG Vùng chiếu: 3 vùng (9"/6"/4.5") Đường kính đầu vào: Chế độ N (9") : 230 mm Chế độ M1 (6") : 160 ± 5 mm Chế độ M2 (4.5") : 120 ± 5 mm Đường kính ảnh đầu ra: 25 ± 0.5 mm Bộ chuyển đổi (Cd/m² /mR/s): Chế độ N : 220 Tỷ lệ tương phản: 10% vùng tương phản: 30:1 10 mm đường kính tương phản 19:1 DQE tại 59.5 kV: 65% Độ phân giải (trung tâm): 52/58/68 lp/cm Hệ chuyển đổi (Cd/m² /mR/s): 240 / 120 / 60 Lưới không phân tán: Nguyên vật liệu: Al Tỷ lệ lưới : 8:1 Mật độ lưới : 60L/cm Khoảng cách tiêu điểm : 100cm Line pair : 60lp/cm</p> <p>4. CCD Camera Loại: 1/2" Cảm biến CCD chống nhiễu cảm biến CMOS. Tích hợp ống kính quang học độ phân giải cao có thể điều chỉnh được tiêu điểm và độ mở của ống kính. Số điểm ảnh tích cực: 1024 x 1024 Bộ chuyển đổi A/D: 14 bit Hệ thống xử lý tín hiệu: Xử lý tín hiệu số 16 bit Mức kẹp Màn trập điện tử Màn trập cơ học Màn hình: 2 màn hình TFT LCD 19 inch</p>		
--	--	--

<p>Chức năng xoay ảnh LIH: Có Chức năng đảo ảnh: Ngang/ dọc</p> <p>5. C-ARM SID: 1000mm Quỹ đạo quay: 135 độ (90 độ/ 45 độ) Dịch chuyển ra/vào: 200mm Dịch chuyển lên/xuống: 500mm Chuyển động quay ngang: + 12,5 độ Quay quanh trục: + 180 độ Chức năng đảo vị trí: Có</p> <p>6. Khay đựng cassette Kích thước khay đựng cassette: 10" x 12" (24 cm x 30 cm)</p> <p>7. Định vị laser Từ phía đầu đèn: Có</p> <p>8. Bộ chuẩn trục Chuẩn trục quang học: Bộ chuẩn trục Iris/ Bộ chuẩn trục Virtual</p> <p>9. Trạm làm việc.</p>		
--	--	--

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá chẵn từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí

của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngay kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

