

Số: *1887*/BVYD-VTTTB

Thừa Thiên Huế, ngày *13* tháng *9* năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa ống nội soi dạ dày với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên người nhận báo giá: Trần Xuân Phú.

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0355.999.995

Email: trxphu@bv.huemed-univ.edu.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, 51, Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày *14* tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 phút ngày *23* tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày *23* tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|---|---|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Sửa chữa ống nội soi dạ dày Model: EG- | Sửa chữa ống soi dạ dày bị rò rỉ (có đính kèm | 01 | Ống | Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược | 60 ngày |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|
| | 530CT Hãng sản xuất: Fujifilm/Nhật | <i>bảng giám định kỹ thuật của hãng Fujifilm)</i> - Cam kết phụ kiện thay thế đảm bảo chính hãng sản xuất với ống nội soi; - Cam kết phụ kiện thay thế bảo hành tối thiểu 6 tháng. | | | Huế | |
|--|--|--|--|--|-----|--|


Đề nghị Quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào././

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.



GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Tổng cộng: | | | | | | |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM - Nhóm Nội soi - Bộ phận Thiết bị Y tế
Trụ sở: Tầng 30, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
VPĐD: Tầng 22, Tòa tháp VCCI, 09 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

Số: 2212326/BCGDKT




Kính gửi: BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Nhóm Nội soi, Bộ phận Thiết bị Y tế, công ty TNHH Fujifilm Việt Nam xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo cáo giám định kỹ thuật như sau:

I. Thông tin chung:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Thiết bị: | Ống soi dạ dày |
| Model: | EG-530CT |
| Số máy: | 4G375A101 |
| Người kiểm tra: | Nguyễn Thái Nguyên |
| Ngày kiểm tra: | 15/12/2022 |
| Ngày lắp đặt: | 11/11/2013 |
| Số ca sử dụng: | 2148 |
| Ngày sửa chữa lần cuối: | 07/03/2018 |
| Ngày xuất hiện hư hỏng: | 15/12/2022 |



II. Kết quả giám định:

| Stt | Hiện tượng | Bộ phận liên quan | Nguyên nhân | Hình ảnh |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 1 | Rò rỉ tại bộ phận kết nối tín hiệu. | Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA) | Hao mòn và lão hóa theo thời gian sử dụng. | |
| 2 | Ống dẫn bị nứt và rách | Ống dẫn (FSB) | Hao mòn và lão hóa theo thời gian sử dụng. | |

III. Kết luận:

Đề nghị Quý Bệnh viện cần thay các bộ phận sau:

- Bộ phận ống dẫn của ống soi (FSB)
- Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA)

IV. Khuyến cáo:

- Đề nghị thực hiện đầy đủ và đúng cách các quy định về vệ sinh tiệt khuẩn và bảo quản thiết bị, kiểm tra rò rỉ sau mỗi ca thăm khám nhằm tránh rủi ro ngoài ý muốn có thể gây nguy hại đến dây soi.
- Nếu có bất kỳ hiện tượng xảy ra như rò rỉ, hình ảnh bất thường... đề nghị Quý Bệnh viện tạm ngưng sử dụng và liên hệ ngay với công ty Fujifilm Việt Nam.


Xin chân thành cảm ơn!

QUẢN LÝ TRUNG TÂM KỸ THUẬT



Võ Hồng Dương

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thái Nguyên