

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (Địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, Phường Thuận hóa, Thành phố Huế)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thông

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị và Cơ sở vật chất

- Điện thoại: 0901 040 585

- Email: nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn

Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ: KS. Hầu Văn Việt Tú, chức vụ: Trưởng Phòng VT, TB & CSV (Số điện thoại: 0944 672 525).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (Địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, Phường Thuận hóa, Thành phố Huế)

- Nhận qua email: nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 9 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dụng cụ y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
01	Kìm cắt đinh	Kìm cắt chỉ thép TC, ngàm có cạnh rất sắc, cán vàng, dài 235mm, đường kính chỉ thép tối đa 2,2mm (chỉ mềm), 3,0mm (chỉ cứng) Chất liệu: thép không gỉ. Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng, tuân theo tất cả các tiêu chuẩn sau: DIN EN ISO 7153-1 / F 899-7 và DIN EN ISO 13402 hoặc tương	03	Cái
02	Kìm buộc chỉ thép	Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía, dài 170mm	02	Cái

		Chất liệu: thép không gỉ. Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng, tuân theo tất cả các tiêu chuẩn sau: Din EN ISO 7153-1 / F 899-7 và DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương		
03	Kìm buộc chỉ thép	Kìm gấp chỉ thép mũi bẹt, dài 190mm Chất liệu: thép không gỉ. Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng, tuân theo tất cả các tiêu chuẩn sau: Din EN ISO 7153-1 / F 899-7 và DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương	01	Cái

2. Địa điểm giao hàng tại Phòng Vật tư, thiết bị và Cơ sở vật chất của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 41 Nguyễn Huệ , Phường Thuận hóa , Thành Phố Huế .

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Nhà thầu cam kết giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B xuất hoá đơn tài chính.

Rất mong Quý Công ty, nhà cung cấp quan tâm tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, VT, TB & CSVC;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VT, TB & CSVC.



Nguyễn Khoa Hùng

