

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thông

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị

- Điện thoại: 0901 040 585

- Email: [nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn](mailto:nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn)

Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ: KS. Hà Văn Việt Tú, chức vụ: Trưởng Phòng VTTTB (Số điện thoại: 0944 672 525).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau :*

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

- Nhận qua email: [nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn](mailto:nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế / linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là vật tư).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Đồng hồ điều áp	Cơ sở dữ liệu: Đồng thau rèn Start to connect CGA: 300 Đầu ra kết nối CGA: 16/9"-18(M)LH Khối lượng hệ thống: 0,100 Xylanh khí: Axetylen Phạm vi áp dụng phân phối: 2 đến 15 ps vật liệu tạm thời: Thép không gỉ Đo kích thước: 2.0 Kết nối đầu vào: CGA-300 Đầu vào của máy chủ: 3000 psi Áp dụng đầu vào tối đa: 3000 psi Kết nối đầu ra : 16/9"-18M LH	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: giao hàng tại Kho Vật tư Trang thiết bị của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Nhà thầu cam kết cung ứng hàng theo dự trù của Bệnh viện trong vòng 10 đến 30 ngày kể từ ngày nhận được dự trù của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B xuất hoá đơn tài chính.

5. Các thông tin khác (nếu có): yêu cầu quý công ty, nhà cung cấp báo giá theo form đính kèm .

Rất mong Quý Công ty, nhà cung cấp quan tâm tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào././

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.

**GIÁM ĐỐC**



**PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng**

