

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm dụng cụ với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận hóa, Thành phố Huế)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thông

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị

- Điện thoại: 0901 040 585

- Email: [nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn](mailto:nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn)

Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ: KS. Hầu Văn Việt Tú, chức vụ: Trưởng Phòng VTTTB (Số điện thoại: 0944 672 525).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau :*

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận hóa, Thành phố Huế)

- Nhận qua email: [nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn](mailto:nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 02 năm 2025

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế / linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là vật tư).

| STT | Danh mục                    | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|-----------------------------|---|----------|-------------|
| 1   | Hàm kẹp lưỡng cực           | - Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3 mm<br>- Có thể hấp tiệt trùng ở 134 độ C<br>- Dùng với Forceps kẹp lưỡng cực cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm của hãng Karl Storz (Đức) | 03       | Cái         |
| 2   | Vỏ ngoài panh lưỡng cực 5mm | - Chất liệu kim loại, bọc lớp cách điện, có cổng làm sạch, cỡ 5mm, dài 36cm<br>- Có thể hấp tiệt trùng ở 134 độ C   | 01       | Cái         |

2. Địa điểm giao hàng tại Phòng Vật tư Trang thiết bị của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 41 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận hóa, Thành



3. Thời gian giao hàng dự kiến: Nhà thầu cam kết giao hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B xuất hoá đơn tài chính.

Rất mong Quý Công ty, nhà cung cấp quan tâm tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.



**Nguyễn Khoa Hùng**

