

V/v thông báo mời chào giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận hóa , Thành phố Huế)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thông
 - Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị
 - Điện thoại: 0901 040 585
 - Email: nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn

Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ: KS. Hầu Văn Việt Tú , chức vụ: Trưởng PhòngVTTTB (Số điện thoại: 0944 672 525).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau :

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận hóa , Thành phố Huế)
- Nhận qua email: nhthong@bv.huemed-univ.edu.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục thiết bị y tế / linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là vật tư).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Cáp nối tấm điện cực trung tính	–Cáp nối sử dụng nhiều lần với kẹp gắn sẵn để sử dụng với tấm điện cực trung tính không dây. – Tương thích với hầu hết các máy cắt đốt điện phẫu thuật. –Cáp sử dụng dây dẫn có lớp cách điện bằng nhựa PVC với phích cắm HiFi6.3mm cắm vào máy cắt đốt điện (ESU) và kẹp kết nối chắc chắn với tấm điện cực trung tính (tấm điện cực phẫu thuật cắt đốt, tấm lắc bệnh nhân, tấm nối đất, điện cực hồi tiếp, v.v.).	05	Sợi

		- Chiều dài: 3m ± 10cm - Sử dụng nhiều lần - Đáp ứng Tiêu chuẩn và Thực hành khuyến nghị của AAMI/ANSI, HF 18-1993, cho phụ kiện phẫu thuật điện.		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm giao hàng tại Phòng Vật tư Trang thiết bị của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 41 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận hóa, Thành Phố Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Nhà thầu cam kết giao hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B xuất hoá đơn tài chính.


Rất mong Quý Công ty, nhà cung cấp quan tâm tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khoa Hùng

