

Số: 974 /BVYD-VTTB-CSVC

Thành phố Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy siêu âm tổng quát cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ và tên người nhận báo giá: Trần Xuân Phú.
Chức vụ: Chuyên viên.
Số điện thoại: 0355.999.995
Email: trxphu@bv.huemed-univ.edu.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, Thiết bị - Cơ sở vật chất, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, 51, Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 19 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h 00 phút ngày 29 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát	Phụ lục đính kèm	02	Máy
2	Hệ thống X-quang kỹ thuật số gắn sàn	Phụ lục đính kèm	01	Hệ thống
3	Hệ thống X-quang kỹ thuật số treo trần	Phụ lục đính kèm	01	Hệ thống

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị cho đến khi hoàn thành việc hướng dẫn vận hành, chạy thử tại đơn vị sử dụng, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thư đề nghị thanh toán.

- CO/CQ, chứng thư Vinacontrol bản gốc hoặc bản sao công chứng nhà nước cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Việt và Catalogues.

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng được hai bên ký.

- Hóa đơn GTGT của bên bán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

- Thư bảo lãnh bảo hành có giá trị 5% giá trị hợp đồng.

- Biên bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký.

Đề nghị Quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, VTTB-CSVC;
- Website Bệnh viện;
- muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, VTTB-CSVC.



Nguyễn Khoa Hùng

PHỤ LỤC. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 974 /BVYD-VTTB-CSVC ngày 16 tháng 5 năm 2025
của Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế)

STT	Thông số thiết bị																						
1	Máy siêu âm tổng quát Năm sản xuất: 2025 trở về sau Cấu hình tối thiểu bao gồm: - Máy chính: 01 máy; - Đầu dò Convex chuyên siêu âm bụng tổng quát, nhi khoa, sản phụ khoa,...: 01 cái; - Đầu dò Linear chuyên siêu âm mạch máu, mô mềm, cơ xương khớp,...: 01 cái; - Đầu dò Transvaginal chuyên siêu âm sản phụ khoa: 01 cái; - Bộ máy vi tính kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ; - Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái; - UPS online 2KVA: 01 cái; - Máy in laser đen trắng: 01 cái. Các phần mềm ứng dụng tối thiểu đi kèm: - Chương trình siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, cơ xương khớp, phần nông; - Hình ảnh hòa âm, hòa âm đảo xung; - Hình ảnh phân giải điểm; - Hình ảnh đa chùm tia; - Hình ảnh toàn phổ; - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler năng lượng có hướng, Doppler liên tục; - Chương trình tự động tối ưu hóa hình ảnh; - Chương trình đo sinh trắc học thai nhi bán tự động; - Chương trình hướng dẫn sinh thiết; - Chương trình mở rộng trường quan sát; - Chương trình đàn hồi mô định tính; - Chương trình đàn hồi mô bán định lượng; - Phần mềm kết nối DICOM;																						
2	Hệ thống X-quang kỹ thuật số gắn sàn Nhóm nước sản xuất: G7 Năm sản xuất: 2025 trở về sau; I <u>Cấu hình bao gồm:</u> <table><tr><td>1</td><td>Nguồn phát tia X quang cao tần</td><td>1</td><td>Bộ</td></tr><tr><td></td><td>- Bảng điều khiển:</td><td>1</td><td>Bộ</td></tr><tr><td></td><td>- Tủ điều khiển:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>+ Dải điện áp: 40kV đến 150kV;</td><td>1</td><td>Bộ</td></tr><tr><td></td><td>+ Dòng chụp: 10mA đến 630mA;</td><td></td><td></td></tr></table>			1	Nguồn phát tia X quang cao tần	1	Bộ		- Bảng điều khiển:	1	Bộ		- Tủ điều khiển:				+ Dải điện áp: 40kV đến 150kV;	1	Bộ		+ Dòng chụp: 10mA đến 630mA;		
1	Nguồn phát tia X quang cao tần	1	Bộ																				
	- Bảng điều khiển:	1	Bộ																				
	- Tủ điều khiển:																						
	+ Dải điện áp: 40kV đến 150kV;	1	Bộ																				
	+ Dòng chụp: 10mA đến 630mA;																						

	2	Bóng X-quang + Điện áp chụp tối đa: 150kV; + Khả năng chịu nhiệt của bóng: $\geq 1.500\text{kHU}$;	1	Bộ
	3	Giá đỡ bóng gắn sàn	1	Bộ
	4	Giá chụp phổi có bucky	1	Bộ
	5	Bàn chụp X-quang	1	Bộ
	6	Bộ chuẩn trực chùm tia	1	Bộ
	7	Bộ cáp cao thế	1	Bộ
	8	Bộ khởi động (nằm trong tủ điều khiển)	1	Bộ
	9	Bộ giao tiếp (nằm trong tủ điều khiển)	1	Bộ
	10	Tấm thu nhận ảnh phẳng loại 17x17 inch, Bao gồm: + Bộ cáp kết nối + System Control Unit	2	Tấm
	11	Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý ảnh	1	Bộ
	12	Phần mềm mini PACS	1	Bộ
	13	Trạm xử lý ảnh (Bộ máy tính) kèm màn hình LCD ≥ 18.5 inch	1	Bộ
	14	Bộ lưu điện (UPS) 2kVA online	1	Bộ
	15	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt)	1	Bộ
	16	Phần mềm ứng dụng đi kèm - Tiếp nhận và tìm kiếm hình ảnh chụp X quang từ tấm cảm biến; - Ứng dụng thuật toán xử lý hình ảnh chuyên dụng để đem lại hình ảnh chất lượng cao; - Có giao diện đồ họa phù hợp với cả màn hình thông thường (máy tính với chuột và bàn phím) và màn hình cảm ứng (bàn phím ảo, máy tính bảng); - Lưu trữ và quản lý hình ảnh trong cơ sở dữ liệu; - Chỉnh ảnh với nhiều công cụ xử lý ảnh khác nhau (nhóm công cụ điều khiển; nhóm công cụ dàn trang in; nhóm công cụ đo đạc và chú thích; nhóm công cụ quản lý; nhóm công cụ in phim) - Cho phép xuất ảnh ra nhiều loại phương tiện lưu trữ; - Kiểm tra trạng thái tấm cảm biến và thay đổi các thông số; - Theo dõi và tìm kiếm trạng thái hệ thống; - Tương thích chuẩn DICOM 3.0; - Có đầy đủ các chế độ chụp thông thường, chụp phóng to và chụp cấp cứu; - Có các chức năng cao cấp bao gồm: o Cho phép ghép đến 6 ảnh thành một phim chụp toàn thân (stitching); o Giao diện phần mềm chuyên dụng cho chụp trên xe đi khám lưu động; - Chức năng so sánh cùng một ca chụp và giữa các bệnh nhân		
3	Hệ thống X-quang kỹ thuật số gắn treo trần Nhóm nước sản xuất: G7 Năm sản xuất: 2025 trở về sau; I <u>Cấu hình bao gồm:</u>			
	1	Nguồn phát tia X quang cao tần	1	Bộ
		- Bảng điều khiển:	1	Bộ
		- Tủ điều khiển:		
		+ Dải điện áp: 40kV đến 150kV;	1	Bộ
		+ Dòng chụp: 10mA đến 630mA;		

2	Bóng X-quang + Điện áp chụp tối đa: 150kV; + Khả năng chịu nhiệt của bóng: $\geq 1.500\text{kHU}$;	1	Bộ
3	Giá đỡ bóng treo trần	1	Bộ
4	Giá chụp phổi có bucky	1	Bộ
5	Bàn chụp X-quang	1	Bộ
6	Bộ chuẩn trực chùm tia	1	Bộ
7	Bộ cáp cao thế	1	Bộ
8	Bộ khởi động (nằm trong tủ điều khiển)	1	Bộ
9	Bộ giao tiếp (nằm trong tủ điều khiển)	1	Bộ
10	Tấm thu nhận ảnh phẳng loại 17x17 inch, Bao gồm: + Bộ cáp kết nối + System Control Unit	2	Tấm
11	Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý ảnh	1	Bộ
12	Phần mềm mini PACS	1	Bộ
13	Trạm xử lý ảnh (Bộ máy tính) kèm màn hình LCD ≥ 18.5 inch	1	Bộ
14	Bộ lưu điện (UPS) 2kVA online	1	Bộ
15	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt)	1	Bộ
16	Phần mềm ứng dụng đi kèm - Tiếp nhận và tìm kiếm hình ảnh chụp X quang từ tấm cảm biến; - Ứng dụng thuật toán xử lý hình ảnh chuyên dụng để đem lại hình ảnh chất lượng cao; - Có giao diện đồ họa phù hợp với cả màn hình thông thường (máy tính với chuột và bàn phím) và màn hình cảm ứng (bàn phím ảo, máy tính bảng); - Lưu trữ và quản lý hình ảnh trong cơ sở dữ liệu; - Chỉnh ảnh với nhiều công cụ xử lý ảnh khác nhau (nhóm công cụ điều khiển; nhóm công cụ dàn trang in; nhóm công cụ đo đạc và chú thích; nhóm công cụ quản lý; nhóm công cụ in phim) - Cho phép xuất ảnh ra nhiều loại phương tiện lưu trữ; - Kiểm tra trạng thái tấm cảm biến và thay đổi các thông số; - Theo dõi và tìm kiếm trạng thái hệ thống; - Tương thích chuẩn DICOM 3.0; - Có đầy đủ các chế độ chụp thông thường, chụp phóng to và chụp cấp cứu; - Có các chức năng cao cấp bao gồm: - o Cho phép ghép đến 6 ảnh thành một phim chụp toàn thân (stitching); - o Giao diện phần mềm chuyên dụng cho chụp trên xe đi khám lưu động; - Chức năng so sánh cùng một ca chụp và giữa các bệnh nhân		

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí

của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.